



DIAGNOSTIC - RÉÉDUCATION

VVIB3F - Vibrateur vestibulaire

FICHE TECHNIQUE

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES :

- Mousse vibreur

CONNECTIVITÉ :

Branchement secteur uniquement.

STANDARDS :

- Dispositif médical de la Classe IIa (Directive 93/42/EEC)
- EN 60601-1 / EN 60601-1-2 / IEC 62471-1

CERTIFICATIONS :

- Conformité CE
- Non disponible aux USA

ÉLÉMENTS INCLUS :

- Boîtier de commande
- Alimentation externe
- 1 sachet de 20 rondelles de mousses biocompatibles pour la tête du vibreur

CONFIGURATION INFORMATIQUE MINIMALE :

Aucune configuration informatique minimale propre au VVIB3F

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

- VNG Ulmer
- NystaLab
- NystagView - E-Scope
- D-VNS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation	24V
Puissance maximum	20 VA
Fréquences de vibration	30 Hz, 60 Hz, 100 Hz +-5%
Débattement du vibreur	1mm